



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

РФ.С.32.022.А № 74067

Срок действия до 03 июня 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Датчики температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания  
"ТЕСЕЙ" (ООО "ПК "ТЕСЕЙ"), г. Обнинск Калужской обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 75208-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
435-158-2019МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет - для группы условий эксплуатации I;  
2 года - для группы условий эксплуатации II; 1 год - для группы условий  
эксплуатации III; первичная поверка до ввода в эксплуатацию для  
многозонных датчиков температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 03 июня 2019 г. № 1307

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

  
А.В.Кулешов  
2019 г.



Серия СИ

№ 036435